

DEUTSCHER KALIBRIERDIENST **DKD**

Kalibrierlaboratorium für mechanische Messgrößen im Bereich HÄRTE
Calibration laboratory for mechanical measures in the range HARDNESS

Akkreditiert durch die Akkreditierungsstelle des DKD bei der
accredited by the Accreditation Body of the DKD

PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT (PTB)



bareiss[®]

Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH

Breiteweg 1

D-89610 Oberdischingen



DKD-K-16501

Kalibrierschein
Calibration Certificate

Kalibrierzeichen
Calibration label

4235
DKD-K-16501
06 - 09

Gegenstand
Object **Analoges Härteprüfgerät nach Shore A
DIN 53 505 / DIN EN ISO 868 / ISO 7619**

Hersteller
Manufacturer **Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH
D-89610 Oberdischingen**

Typ
Type **HP - Shore A**

Fabrikat-/Serien-Nr.
Serial number **45491-A
Id.-Nr.: 216NA011HBG**

Auftraggeber
Customer

Auftragsnummer
Order No. **261720**

**Anzahl der Seiten des
Kalibrierscheines**
Number of pages of the certificate **3**

Datum der Kalibrierung
Date of calibration **19.09.2006**

Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Rückführung auf nationale Normale zur Darstellung der Einheiten in Übereinstimmung mit dem Internationalen Einheitensystem (SI).

Der DKD ist Unterzeichner der multilateralen Übereinkommen der European co-operation for Accreditation (EA) und der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) zur gegenseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.

Für die Einhaltung einer angemessenen Frist zur Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer verantwortlich.

This calibration certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The DKD is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for the mutual recognition of calibration certificates. The user is obliged to have the object recalibrated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen der Genehmigung sowohl der Akkreditierungsstelle des DKD als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums.

Kalibrierscheine ohne Unterschrift und Stempel haben keine Gültigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the Accreditation Body of the DKD and the issuing laboratory. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

Stempel Seal	Datum Date	Leiter des Kalibrierlaboratoriums Head of the calibration laboratory	Bearbeiter Person responsible
	19.09.2006	P. Strobel	P. Strobel

Heinrich Bareiss Prüfgerätebau GmbH, Breiteweg 1, D-89610 Oberdischingen, Tel.: 07305 / 9642-0, Fax: 07305 / 9642-2
Härteprüfgeräte für Gummi und Kunststoffe nach DIN 53 505 / DIN EN ISO 868 / ISO 7619 / DIN 53 519 sowie DIN ISO 48